

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV  
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

Số: 16/46 /NĐĐT-KHVT

V/v báo giá Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt  
thiết bị đo TSS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự toán: **Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt thiết bị đo TSS**. Để có cơ sở lập dự toán tuân thủ các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá các loại hàng hóa và dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: [dongtrieu.dtk@gmail.com](mailto:dongtrieu.dtk@gmail.com)).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Phạm Thế Vinh - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0329.039.895).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 28/5/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Hùng

**PHỤ LỤC: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ**  
(Kèm theo Văn bản số 1646 /NĐĐT-KHVT ngày 27/5/2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	<b>Phần vật tư</b>					
1	Cảm biến đo TSS; Model: WEKO-SS của nhà sản xuất WEKOTEC có thông số kỹ thuật như sau: Dải đo: 0-4000mg/l; Độ chính xác: <math>\pm 5\%</math> FS; Thời gian đáp ứng <math>< 10</math> giây; Tự động làm sạch tự động; Nguồn điện: 12VDC; Giao diện kết nối RS485.	Bộ	01			
2	Màn hình hiển thị; Model: WEKO-IOT-CON của nhà sản xuất WEKOTEC có thông số kỹ thuật như sau: Màn hình 10.1 inch Touch Screen; Kết nối nhiều cảm biến: COD, TSS, Amoni, pH, nhiệt độ; Đầu ra: RS232C, RS485 Modbus; Nhiệt độ hoạt động: 0-60°C; Nguồn điện: 90-260VAC/50-60Hz; Cấp độ bảo vệ: IP65	Bộ	01			

II	Phần Dịch vụ liên quan					
1	Lắp đặt, cấu hình thiết bị đo TSS	Gói	01			
<i>Tổng</i>						
<i>Thuế GTGT</i>						
<i>Tổng cộng</i>						
<i>Bảng chữ</i>						

- ⇒ *Yêu cầu:* Đơn vị thực hiện lắp đặt, cấu hình thiết bị đo TSS đảm bảo chất lượng và đáp ứng theo quy định tại thông tư 10/2021/TT-BTNMT và đảm bảo thiết bị được cung cấp đạt kiểm định theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.
- ⇒ (\*) *Ghi chú:* Nhà cung cấp phải chuẩn bị tất cả các trang thiết bị máy móc, vật tư phục vụ quá trình thực hiện dịch vụ.
- ⇒ *Thời gian thực hiện:* 10 ngày.

